

Số: 401a /TB – BVDL

Nam Định, ngày 08 tháng 9 năm 2023

V/v Yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua Thiết bị chiếu UVB điều trị các bệnh ngoài da năm 2023 của Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định” với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định.

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Trần Anh Thiên- Chức vụ: Trưởng khoa Dược-TTBYT-KSNK

Số điện thoại: 0835.379.092- Địa chỉ mail: thienanh90nd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 20 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2023.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế: (có bảng danh mục theo kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Hàng chính hãng mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau, đúng nguồn gốc, xuất xứ.

- Các trang thiết bị, phụ kiện đồng bộ do nhà chế tạo cung cấp và phải phù hợp với lý lịch thiết bị của nhà chế tạo

- Thời gian bảo hành 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hai bên bàn giao, nghiệm thu trang thiết bị tại đơn vị sử dụng. Bên B có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ thiết bị bao gồm lỗi phần cứng, phần mềm do thiết bị gây ra, hoặc lỗi do nhà sản xuất, cung cấp

linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao trong thời hạn 10 năm.

- Phải cử kỹ sư có chuyên môn đến kiểm tra, khắc phục sự cố chậm nhất 48 giờ tính từ khi nhận được yêu cầu hoặc trực tiếp từ đơn vị sử dụng


3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu.

5. Các thông tin khác: Trường hợp thiết bị, hàng hóa các đơn vị chào không đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật theo yêu cầu, Bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá. Bệnh viện sẽ xem xét các tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu các yếu tố không ảnh hưởng đến tính năng, công dụng của thiết bị, Bệnh viện sẽ tham khảo thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công thông tin điện tử Bệnh viện;
- Lưu VT, Khoa Dược-TTBYT-KSNK



**GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



## DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(kèm theo yêu cầu báo giá số 401a/TB-BVDL ngày 08/9/2023)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Thiết bị chiếu UVB điều trị các bệnh ngoài da	<p><b><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính: 01 chiếc</li><li>- Kính bảo vệ tia UV: 02 chiếc</li><li>- Dây nguồn: 01 cái</li><li>- HDSD tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul> <p><b><u>Thông số kỹ thuật:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đèn UVB có dải bước sóng 310 - 315nm</li><li>- Số lượng bóng đèn UVB điều trị: <math>\geq 04</math> đèn</li><li>- Công suất mỗi bóng đèn: <math>\geq 20W</math></li><li>- Thời gian hẹn giờ tối đa: <math>\geq 9</math> phút</li><li>- Vị trí điều trị: <math>\geq 3</math> vị trí</li><li>- Tính năng an toàn: Có tính năng bảo vệ người sử dụng</li></ul>	01	Chiếc
2	Thiết bị chiếu UVB điều trị các bệnh ngoài da	<p><b><u>Cấu hình tiêu chuẩn:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính: 01 chiếc</li><li>- Kính bảo vệ tia UV: 02 chiếc</li><li>- Dây nguồn: 01 cái</li><li>- HDSD tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</li></ul> <p><b><u>Thông số kỹ thuật:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đèn UVB dải bước sóng 310 - 315nm</li><li>- Số lượng bóng đèn UVB điều trị: <math>\geq 01</math> đèn</li><li>- Công suất mỗi bóng đèn: <math>\geq 9W</math></li><li>- Phương thức điều trị: cầm tay, chiếu riêng biệt từng vị trí</li></ul>	01	Chiếc
<b>Tổng cộng: 02 khoản</b>				