

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua máy Laser HeNe điều trị các bệnh ngoài da (thiết bị Laser HeNe trị liệu) phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định.

Địa chỉ: 162-164 đường Trần Nhật Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Trần Anh Thiên- Chức vụ: Trưởng khoa Dược-TTBYT-KSNK

Số điện thoại: 0835.379.092- Địa chỉ mail: thienanh90nd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định, 162-164 đường Trần Nhật Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 03 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục thiết bị y tế	ĐVT	Số lượng
1	Máy Laser HeNe điều trị các bệnh ngoài da (thiết bị Laser HeNe trị liệu) - Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau, mới 100%, chưa qua sử dụng - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất đạt trong các tiêu chuẩn ISO 13485, hoặc tương đương	Máy	01

<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện hoạt động: Trong khoảng 100-240V, 50Hz/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 35 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ * Cấu hình tiêu chuẩn: - Thân máy chính tích hợp bánh xe: 01 máy - Tay giữ dây quang: 01 bộ - Dây quang dẫn: 01 chiếc - Dây điện nguồn: 1 dây - Chìa khoá máy: 02 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển * Yêu cầu về về tính năng, kỹ thuật cơ bản: - Bước sóng: 632.8 nm - Công suất phát laser tối đa: $\geq 50mW$ - Hệ thống truyền dẫn tia laser: Dây quang dẫn - Thời gian điều trị tối đa: ≥ 99 phút - Đèn báo thiết bị đang điều trị: có 		
---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định, 162-164 đường Trần Nhật Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Hàng chính hãng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau, đúng nguồn gốc, xuất xứ.
- Các trang thiết bị, phụ kiện đồng bộ do nhà chế tạo cung cấp và phải phù hợp với lý lịch thiết bị của nhà chế tạo

- Thời gian bảo hành 12 (mười hai) tháng kể từ ngày hai bên bàn giao, nghiệm thu trang thiết bị tại đơn vị sử dụng. Bên B có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ thiết bị bao gồm lỗi phần cứng, phần mềm do thiết bị gây ra, hoặc lỗi do nhà sản xuất, cung cấp linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao trong thời hạn 10 năm.

- Phải cử kỹ sư có chuyên môn đến kiểm tra, khắc phục sự cố chậm nhất 48 giờ tính từ khi nhận được yêu cầu hoặc trực tiếp từ đơn vị sử dụng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu.

5. Các thông tin khác: Trường hợp thiết bị, hàng hóa các đơn vị chào không đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật theo yêu cầu, Bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá. Bệnh

viện sẽ xem xét các tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu các yếu tố không ảnh hưởng đến tính năng, công dụng của thiết bị, Bệnh viện sẽ tham khảo thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Bệnh viện;
- Lưu VT, Khoa Dược-TTBYT-KSNK

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Cường